

Bełchatów, dnia 11-08-2017r.

GZP/0707/557/2017

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dot.: Zapytania ofertowego na Dostawę bielizny operacyjnej jednorazowego użytku i ubrań chirurgicznych
GZP/390/121/2017

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie przekazuje treść pytań do Zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego udzielonych pismem GZP/0707/546/2017 z dnia 08.08.2017 r. Zamawiający przekazuje sprostowanie dot. odpowiedzi na pytanie nr 6.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 1 poz. 1 – Prosimy o wyłączenie z Pakietu nr 1 poz. 1 i dopuszczenie kompletów operacyjnych wykonanych z materiału SMMS, o przepuszczalności powietrza na poziomie 340l/m²/s? Zwracamy się o odstąpienie od wymogu wskazania parametru odporności na przenikanie cieczy, gdyż zgodnie z norma EN 13795:2011+A1:2013 Odzież dla bloków operacyjnych, Tablica nr 3 Właściwości, nie jest to parametr obligatoryjny do spełnienia. Pozostałe parametry zgodne z s.i.w.z.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wydziela z pakietu nr 1 poz. 1.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 16-08-2017 r.

Zup. Dyrektora
Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II w Bełchatowie
mgr Bożena Libarda
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy