

Bełchatów, dnia 07-09-2018 r.

GZP/0707/393/2018

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dot.: Modyfikacja udzielonych w dniu 31-08-2018 r. odpowiedzi na pytania do SIWZ nr 87, 88, 89, 90 oraz 275 w przetargu nieograniczonym na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku**
(Znak sprawy: GZP/3800/14/2018)

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z ostatecznymi zmodyfikowanymi odpowiedziami Zamawiającego na pytania nr 87, 88, 89, 90 oraz 275, które anulują wcześniej udzielone odpowiedzi na te pytania i stają się wiążące dla stron postępowania.

Pytanie 87:

Pakiet 1, pozycja 1

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „2ml/3ml”. Czy Zamawiający oczekuje strzykawek o pojemności 2ml ze skalą rozszerzoną do 3ml? W przypadku twierdzącej odpowiedzi, prosimy o dopuszczenie strzykawek 2ml ze skalą rozszerzoną do 2,5ml, gdyż powyższy zapis sugeruje konkretne produkty i w znaczący sposób ogranicza uczciwą konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego po modyfikacji:

Zamawiający wprowadzając do opisu przedmiotu zamówienia zapis „2ml/3ml” oczekuje zaoferowania strzykawek, których pojemność mieści się w przedziale między 2ml a 3ml. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga aby strzykawki te posiadały rozszerzoną skalę, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 88:

Pakiet 1, pozycja 2

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „5ml/6ml”. Czy Zamawiający oczekuje strzykawek o pojemności 5ml ze skalą rozszerzoną do 6ml? W przypadku twierdzącej odpowiedzi, prosimy o dopuszczenie strzykawek 5ml ze skalą rozszerzoną do 5,5ml, gdyż powyższy zapis sugeruje konkretne produkty i w znaczący sposób ogranicza uczciwą konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego po modyfikacji:

Zamawiający wprowadzając do opisu przedmiotu zamówienia zapis „5ml/6ml” oczekuje zaoferowania strzykawek, których pojemność mieści się w przedziale między 5ml a 6ml. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga aby strzykawki te posiadały rozszerzoną skalę, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 89:

Pakiet 1, pozycja 3

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „10ml/12ml”. Czy Zamawiający oczekuje strzykawek o pojemności 10ml ze skalą rozszerzoną do 12ml? W przypadku twierdzącej odpowiedzi, prosimy o dopuszczenie strzykawek 10ml ze skalą rozszerzoną do 11ml, gdyż powyższy zapis sugeruje konkretne produkty i w znaczący sposób ogranicza uczciwą konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego po modyfikacji:

Zamawiający wprowadzając do opisu przedmiotu zamówienia zapis „10ml/12ml” oczekuje zaoferowania strzykawek, których pojemność mieści się w przedziale między 10ml a 12ml. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga aby strzykawki te posiadały rozszerzoną skalę, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 90:

Pakiet 1, pozycja 4

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „10ml/12ml”. Czy Zamawiający oczekuje strzykawek o pojemności 10ml ze skalą rozszerzoną do 12ml? W przypadku twierdzącej odpowiedzi, prosimy o dopuszczenie strzykawek 10ml bez rozszerzenia skali, gdyż powyższy zapis sugeruje konkretne produkty i w znaczący sposób ogranicza uczciwą konkurencję.

Odpowiedź Zamawiającego po modyfikacji:

Zamawiający wprowadzając do opisu przedmiotu zamówienia zapis „10ml/12ml” oczekuje zaofiarowania strzykawek, których pojemność mieści się w przedziale między 10ml a 12ml. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga aby strzykawki te posiadały rozszerzoną skalę, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Pytanie 275:

(pakiet nr 37, poz. 2) Czy Zamawiający mógłby sprecyzować opis przedmiotu zamówienia, gdyż kaniula typu Viscoflow służy do podawania wiskoelastyku wewnątrzgałkowo, natomiast kaniule do udrażniania kanalików łzowych mają inną budowę i zastosowanie?

Odpowiedź Zamawiającego po modyfikacji:

Zamawiający zamieścił w 37 pakiecie dwa typy igieł i zróżnicował je jedynie rozmiarami. Zamawiający potrzebuje igieł do udrażniania kanalików łzowych oraz do podawania wiskoelastyku wewnątrzgałkowego. Igła w pozycji 1 jest przeznaczona do udrażniania kanalików łzowych, a w pozycji 2 do podawania wiskoelastyku.

W załączeniu:

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy dla Pakietu nr 1

Zup. Dyrektora
Szpital Wojewódzki
im. Jana Pawła II w Belchatowie
mgr Bożena Liberda
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Główny Księgowy