

Bełchatów, dnia 07-01-2019 r.

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

GZP/0707/ 13 /2019

Dot.: Przetarg nieograniczony na **dostawę materiałów bakteriologicznych**  
Znak sprawy: GZP/3800/37/2018

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje treść pytań do SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

#### **Pytanie nr 1:**

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 2 poz. 1 Test immunochromatograficzny w kier. norowirusów w przedmiotowym postępowaniu:

Prosimy o wyłączenie pozycji 1 z Pakietu 2 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z Pakietu nr 2 testów immunochromatograficznych w kier. norowirusów. Testy te wraz w pozostała część asortymentu są w ofercie wielu firm, Zamawiający nie tworzy preferencji dla konkretnego wytwórcy.

#### **Pytanie nr 2:**

Pakiet 4 - Czy w związku z tym, że Zamawiający określił przedmiot postępowania przetargowego w pakiecie 4 jako: „Automatyczny system do posiewu krwi i płynów z fizjologicznie jałowych miejsc ciała wraz z odpowiednimi podłożami oraz dzierżawą aparatu do automatycznego systemu do posiewu krwi i płynów z fizjologicznie jałowych miejsc ciała”, czy Zamawiający wymaga, aby produkty zaoferowane w szczegółowej specyfikacji cenowej przedmiotu zamówienia, były przeznaczone zarówno do hodowli krwi jak i innych płynów ustrojowych, co powinno zostać potwierdzone metodyką/instrukcją techniczną Wytwórcy?

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby produkty zaoferowane w szczegółowej specyfikacji cenowej przedmiotu zamówienia były przeznaczone zarówno do hodowli krwi jak i innych płynów ustrojowych. Jednocześnie Zamawiający nie wymaga na potwierdzenie przedstawienia metodyki/ instrukcji technicznej wytwórcy.

#### **Pytanie nr 3:**

W punkcie 2 Rozdziału XVIII dotyczącym pakietu 4 SIWZ Zamawiający wymaga, aby dostarczone zostało podłoże z czynnikiem lizującym fagocyty do hodowli drobnoustrojów z krwi i innych płynów ustrojowych.

W celu zapewnienia poszanowania przepisów prawa oraz konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca wnosi o zmianę sformułowania zawartego w pkt. 2 opisu pakietu 4 , rozdziału XVIII SIWZ na „Podłoże do hodowli drobnoustrojów beztlenowych uniwersalne lub z czynnikiem lizującym”

#### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania podłoża do hodowli drobnoustrojów beztlenowych uniwersalnych lub z czynnikiem lizującym.

**Pytanie nr 4:**

W punkcie 4 opisu pakietu 4 Rozdziału XVIII SIWZ, Zamawiający wymaga, aby dostarczone zostało selektywne podłoże do wykrywania fungemii.

W celu zapewnienia poszanowania przepisów prawa oraz konkurencyjności w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca wnosi o wyłączenie pkt. 4, o ile Wykonawca w punkcie 1 zaoferuje podłoża uniwersalne służące do hodowli bakterii i grzybów z krwi i innych płynów ustrojowych.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w poz. 1 Pakietu nr 4 podłoży uniwersalnych służących do hodowli bakterii i grzybów z krwi i innych płynów ustrojowych z wyłączeniem poz. 4 pakietu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest zaoferować w ramach poz. nr 1 2150 podłoża.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca zaoferował w pozycji 3 opisu przedmiotu zamówienia (rozdział XVIII opis pakietu 4 SIWZ) podłoża pediatryczne zwalidowane tylko do hodowli drobnoustrojów z małych objętości krwi, jeżeli pozostałe oferowane przez Wykonawcę podłoża są zwalidowane zarówno do posiewu krwi i innych płynów ustrojowych co zawarte jest w metodyce i instrukcji użytkowania Wytwórcy?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Powołując się na procedurę posiewu płynu mózgowo-rdzeniowego w dni wolne od pracy (pracownia mikrobiologii jest nieczynna) Zamawiający wymaga możliwości posiewu płynu mózgowo-rdzeniowego na podłoże pediatryczne. Związane jest to z małą ilością pobieranego do badania płynu.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający w pozycji 5 opisu pakietu 4 SIWZ ( rozdział XVIII) oraz pozycji 14 Parametrów techniczno-funkcjonalnych dla pakietu 4 – Załącznik nr 4 ) odstąpi od wymogu, aby oferowane certyfikowane dodatki wzbogacające „zawierały NAD i heminę” i wyrazi zgodę na wycenę takiej ilości wymaganego suplementu dla materiałów o objętości poniżej 0,5ml krwi oraz do płynów ustrojowych, który umożliwi wykonanie 60 prób? W opisie Przedmiotu Zamówienia ( Rozdział XVIII pakiet 4 poz.5 ) Zamawiający określił, iż wymaga zaoferowania ilości Suplementu dla 60 prób.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga NAD i heminy w celu umożliwienia wzrostu drobnoustrojów wymagających takich jak Neisseria spp., Haemophilus spp., Streptococcus spp. Zamawiający wymaga wyceny jednej fiołki na jeden suplement z uwagi na wyeliminowanie kontaminacji.

**Pytanie nr 7:**

Pakiet nr 2 - Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu 2 pozycji: 1,2,3,4,9 oraz testów immunochromatograficznych w kierunku norowirusów i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

Czy jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, to czy wyrazi zgodę na konfekcjonowanie pozycji, o których mowa powyżej po 20 sztuk w opakowaniu?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 8:**


**Dotyczy Pakietu nr 4; pkt. III.1 Wyposażenie dodatkowe (Załącznik nr 4 do SIWZ):**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia dodatkowego komputera wraz z dodatkową drukarką jeśli analizator do posiewu krwi ma wbudowany, niezależny komputer do zarządzania pracą systemu oraz drukarkę?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z SIWZ.

p.o. Dyrektora  
mgr Bożena Libierda



**Do wiadomości:**

- strona internetowa Zamawiającego (w miejscu publikacji)