



Bełchatów, dn. ¹³.....-03-2019 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

GZP/0707/¹⁴³...../2019

Dot.: Zapytanie ofertowe na dostawę akcesoriów jednorazowego i wielorazowego użytku do urządzeń endoskopowych. (Znak sprawy: GZP/390/22/2019)

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie przekazuje treść pytań do Zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Pozycja 2

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szczypiec z osłonką z tworzywa zmniejszającego tarcie narzędzia wewnątrz kanału endoskopu i ułatwiającego manewrowanie, dwa rozmiary tyżeczek – owalne i owalne powiększone, tyżeczki z pojedynczymi otworami.

Odpowiedź Zamawiającego

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Pozycja 5

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papilot omów bez blokady, średnica końcówki dystalnej 5 Fr.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3:

Pozycja 6.

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papilotom o długości roboczej 195 cm,, średnica kateteru 6 – 4,5 Fr.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 4:

Pozycja 12

1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem popychającym z markerem, długości protez 5, 7, 9, 12 i 15 cm, na prowadnik o długości 450 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

Tel.: +48 44 63 58 200

E-mail: szpital@szpital-belchatow.pl

Nr konta: 61 1440 1257 0000 0000 0192 0529

NIP: 7691787666

Fax: +48 44 63 21 628

Url: www.szpital-belchatow.pl

Regon: 000306503

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 2

Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku sterylne, owalne; długość robocza 160 i 230 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 5

Papilotom trójkanałowy obrotowy jednorazowego użytku, dł. cięciwy tnącej 25 mm, średnica końcówki dystalnej taperowana do 5Fr. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 9

Jednorazowy cewnik balonowy trójkanałowy do usuwania złogów z dróg żółciowych; średnica balonu 9/12/15, 12/15/18, 15/18/21mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający w ramach poprawy konkurencyjności dopuści:

Poz. 12

Zestawy do protezowania dróg żółciowych do montażu z protezą prostą, giętą centralnie lub od strony dwunastniczej, dł. protez 5-15 co 1cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 9:

Pozycja nr 1

Prosimy o dopuszczenie równoważnych igieł hemostatycznych o średnicy osłonki 1,8mm i długości roboczej 180cm, 23G i 25G, długość igły 4 i 6mm oraz igieł o śr. 2,4mm, dł. 230cm 23G i 25G, długość igły 4 i 6mm, do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 10:

Pozycja nr 2

Prosimy o dopuszczenie równoważnych szczypiec biopsyjnych sterylnych, jednorazowego użytku do biopsji stycznych, z osłonką hydrofilną z tworzywa sztucznego, zawierających przyrząd do zdejmowania pobranych próbek, zapakowany łącznie ze szczypcami:

- z łyżkami owalnymi, średnica do kanałów 2,8mm, długość robocza 160, 180 i 230cm, oraz
- z pogłębionymi łyżkami owalnymi, sterylnych, średnica do kanałów 3,2mm i długość robocza 180 i 230cm
- z łyżkami typu aligator, sterylnych, średnica do kanałów 2,8 i długość robocza 180 i 230cm,

Do wyboru przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Z uwagi na udzielone odpowiedzi, Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa dnia ^{15.03}.....-.....-2019 r. do godziny 13:00.


p.o. Dyrektor
dr n. med. Witold Tomaszewski

