



Bełchatów, dnia 09...-05-2019 r.

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dot.: Zapytanie ofertowe na: **Dostawa przyrządów do wielokrotnego pobierania płynu z butelki infuzyjnej, z filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą zatyczką, zastawką zabezpieczającą przed samoistnym wypływem płynu.**

(Znak sprawy: GZP/390/50/2019)

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie przekazuje treść pytań do Zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

#### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z butelek bez zastawki, z zaworem pełniącym funkcję tożsamą z zastawką, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Zawór wypełnia szczelna, silikonowa membrana, doskonale zabezpieczająca przed samoistnym wyciekami.

Zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenia ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

#### Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający bazując na swoim doświadczeniu z innymi rozwiązaniami niż samozamykająca zatyczka, zabezpieczona zastawką blokującą samoistny wypływ podtrzymuje zapisy w ogłoszeniu.

Zup. Dyrektora  
Szpital Wojewódzki  
im. Jana Pawła II w Bełchatowie  
*mgr Bożena Liberda*  
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych  
Główny Księgowy

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie  
Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

Tel.: +48 44 63 58 200

E-mail: szpital@szpital-belchatow.pl

Nr konta: 61 1440 1257 0000 0000 0192 0529

NIP: 7691787666

Fax: +48 44 63 21 628

Url: www.szpital-belchatow.pl

Regon: 000306503