



Bełchatów, dnia 18.07.2019 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

GZP/0707/354/2019

Dot.: Zapytanie ofertowe: zakup sprężarki śrubowej z układem sterowania (1szt.) oraz zestawu uzdatniania powietrza medycznego
(Znak sprawy: GZP/390/78/2019)

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie przekazuje treść pytań do zapytania ofertowego wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą dotyczącą wyjaśnienia kwestii z „Opisu Przedmiotu Zamówienia” 06. zał. nr 5
Tytuł zamówienia **Zakup sprężarki śrubowej z układem sterowania (1szt.) oraz zestawu uzdatniania powietrza medycznego** Numer zamówienia **GZP/390/78/2019**

Według Państwa:

II. Podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Wymagania dla sprężarki:

d. zmienna wydajność regulowana zapotrzebowania

Według naszej wiedzy biorąc pod uwagę Państwa specyfikację branżową:

II. Podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Wymagania dla sprężarki:

d. zapotrzebowanie powietrza regulowane przez sprężarkę stałobrotową

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się z wyjaśnieniem Wykonawcy i poprawia zapis w opisie przedmiotu zamówienia. W pkt.

II.1) lit. d) zamiast treści:

„II. Podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Wymagania dla sprężarki:

d. zmienna wydajność regulowana zapotrzebowania”

powinno być

„II. Podstawowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1) Wymagania dla sprężarki:

d. zapotrzebowanie powietrza regulowane przez sprężarkę stało obrotową”

W związku z powyższym zmianie ulega również § 1 ust. 2 pkt. 1 lit. d) we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 3 do ogłoszenia, który otrzymuje następującą treść:

„zapotrzebowanie powietrza regulowane przez sprężarkę stałobrotową”

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

Tel.: +48 44 63 58 200

E-mail: szpital@szpital-belchatow.pl

Nr konta: 61 1440 1257 0000 0000 0192 0529

NIP: 7691787666

Fax: +48 44 63 21 628

Url: www.szpital-belchatow.pl

Regon: 000306503

Pytanie 2:

Zwracam się z prośbą dotyczącą wyjaśnienia kwestii z „Opisu Przedmiotu Zamówienia” 06. zał. nr 5
Tytuł zamówienia **Zakup sprężarki śrubowej z układem sterowania (1szt.) oraz zestawu uzdatniania powietrza medycznego** Numer zamówienia **GZP/390/78/2019**

Według Państwa:

2) Wymagania dla zestawu uzdatniania powietrza:

a. zestaw uzdatniania sprężonego powietrza powinien zapewnić jakość powietrza spełniającego normy dla powietrza medycznego (klasa czystości „0”)

Według naszej wiedzy biorąc pod uwagę Państwa specyfikację branżową:

2) Wymagania dla zestawu uzdatniania powietrza:

a. zestaw uzdatniania sprężonego powietrza powinien zapewnić jakość powietrza spełniającego normy dla powietrza medycznego (klasa czystości „1”)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający poprawia omyłkę w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia w pkt. II.2) lit. a zamiast treści:

„zestaw uzdatniania sprężonego powietrza powinien zapewnić jakość powietrza spełniającego normy dla powietrza medycznego (klasa czystości „0”)

powinno być:

„zestaw uzdatniania sprężonego powietrza powinien zapewnić jakość powietrza spełniającego normy dla powietrza medycznego (klasa czystości „1”).”

W związku z powyższym zmianie ulega również § 1 ust. 2 pkt. 2 lit. a) we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 3 do ogłoszenia, który otrzymuje następującą treść:

„zestaw uzdatniania sprężonego powietrza powinien zapewnić jakość powietrza spełniającego normy dla powietrza medycznego (klasa czystości „1”).”

Ponadto Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie zmienia treść załączników nr 3 i 5.

Pkt. IV opisu przedmiotu zamówienia stanowiący zał. nr 5 do ogłoszenia otrzymuje następującą treść:

„Informacje uzupełniające: Obecnie szpital jest wyposażony w sprężarki ATLAS COPCO GX5 Pack (1 szt), ALUP SCK 8-10 (1 szt.) oraz ALUP SCK 10-15 (1 szt.)”

§ 1 ust. 4 we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 5 do ogłoszenia otrzymuje następującą treść:

„Informacje uzupełniające: Obecnie Zamawiający jest wyposażony w sprężarki ATLAS COPCO GX5 Pack (1 szt), ALUP SCK 8-10 (1 szt.) oraz ALUP SCK 10-15 (1 szt.)”

W pozostałym zakresie warunki ogłoszonego postępowania nie ulegają zmianie.

W załączeniu:

- zmodyfikowany załącznik nr 3 wzór umowy
- zmodyfikowany załącznik nr 5 opis przedmiotu zamówienia

Dyrektor
dr n. med. Andrzej Kowalski