



Bełchatów, dnia 04.06.2019 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

GZP/0707/253/2019

Dot.: zapytania ofertowego na zakup stanowisk do pielęgnacji noworodków z wanienką, wyposażonych w baterię zlewozmywakową z wyciąganym natryskiem w ilości 4 szt. oraz stolików do pielęgnacji noworodków z przewijakiem w ilości 6 szt. (znak sprawy: GZP/390/70/2019)

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie przekazuje treść pytania do zapytania ofertowego wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści stół do pielęgnacji noworodków z przewijakiem o wymiarach:

- szerokość : 900 mm
- głębokość: 700 mm
- wysokość od podłoża do blatu: 900 mm
- wysokość całkowita stołka: 980 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie stołka o wymiarach szerokość : 900 mm, głębokość: 700 mm, wysokość od podłoża do blatu: 900 mm, wysokość całkowita stołka: 980 mm.

W związku z udzieloną odpowiedzią dopuszczającą stół do pielęgnacji noworodków z przewijakiem o innych wymiarach niż pierwotnie zapisano w Zał. Nr 2 do Ogłoszenia Wykonawcy uprawnieni są do zmiany Zał. Nr 2, tak aby ich oferta odpowiadała wymaganiom Zamawiającego uwzględniającym wprowadzone wyżej dopuszczenie.

p.o. Dyrektor
mgr Bożena Liberda

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

Tel.: +48 44 63 58 200
Fax: +48 44 63 21 628

E-mail: szpital@szpital-belchatow.pl
Url: www.szpital-belchatow.pl

Nr konta: 61 1440 1257 0000 0000 0192 0529
NIP: 7691787666
Regon: 000306503