



Bełchatów, dnia 31-07-2019r.

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

GZP/0707/410/2019

Dot.: postępowania ofertowego na zakup tonometru bezdotykowego do pomiaru ciśnienia śródgałkowego dla potrzeb Oddziału okulistycznego, znak sprawy: GZP/390/87/2019

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści kolorowy, dotykowy ekran LCD o przekątnej 7" ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuści regulację sekcji ruchomej aparatu w zakresie 85 mm/40mm/50mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuści podłączenie z urządzeniami peryferyjnymi poprzez złącze LAN oraz kartę SD?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

**Pytanie nr 4:**

Czy Zamawiający dopuści możliwość wyboru metody korekcji IOP?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

**Pytanie nr 5:**

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiarowy 0-60 mmHg z krokiem pomiarowym 0,5 mmHg?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuści wbudowaną drukarkę umożliwiającą wydruk wyników badań?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie  
Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

Tel.: +48 44 63 58 200

E-mail: szpital@szpital-belchatow.pl

Nr konta: 61 1440 1257 0000 0000 0192 0529

NIP: 7691787666

Fax: +48 44 63 21 628

Url: www.szpital-belchatow.pl

Regon: 000306503

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści uniwersalny tryb działania umożliwiający pomiar każdego pacjenta ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuści tonometr bezdotykowy o parametrach jak poniżej:

Zakres pomiarowy od 0 do 60 mmHg

Źródło światła: diodowe

Długość fali: 880 nm

Wielkość energii na wyjściu podczas pomiaru: <100 mikroW

Rodzaj oświetlenia przedniego odcinak oka: dioda o długości fali 780 nm

Możliwość wyboru trybów pomiarowych: manualny, automatyczne naprowadzanie, automatyczne naprowadzanie i pomiar

Możliwość ustawiania parametrów zarówno za pomocą pulpitu jak i ekranu

Sterowanie tonometrem zarówno za pomocą joysticka jak i dotykowego ekranu

Sterowanie podbródkiem z pulpitu

Możliwość korekcji pomiarów przez wynik pachymetrii

Wbudowana termiczna drukarka

Zakresy ruchu: przód-tył: 40mm,  
lewo-prawo: 88mm  
górną-dół: 50mm

Zakres ruchu podbródka: 70mm

Przekątna wyświetlacza: 5,7 cali

Wyjście RS 232C

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zgodnie z parametrami technicznymi opisanymi w zał. nr 4 do zapytania ofertowego.

W związku z udzielonymi odpowiedziami dopuszczającymi tonometr również o innych parametrach i konfiguracji niż pierwotnie zapisano w Zał. Nr 4 do Ogłoszenia Wykonawcy uprawnieni są do zmiany Zał. Nr 4, tak aby ich oferta odpowiadała wymaganiom Zamawiającego uwzględniającym wprowadzone wyżej dopuszczenia.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie z uwagi na udzielone odpowiedzi do postępowania ofertowego przedłuża termin składania ofert do dnia 02-08-2019 r. do godz. 13.00.

Dyrektor

dr n. med. Andrzej Kowalski