



Bełchatów, dnia 26.09.2019 r.

### Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

GZP/0707/~~55~~/2019

Dot.: zapytania ofertowego na dostawę materiałów zużywalnych dla potrzeb Centralnej sterylizatorni (znak sprawy: GZP/390/96/2019)

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie przekazuje treść pytań do zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

**Pytanie 1:**

Pytanie 1 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (Pakiet 3, poz. 5)

Czy Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%) i temperaturę (10°C)?, oznaczenie normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o potwierdzenie tolerancji na zmienne krytyczne procesu, jakiej wymaga Zamawiający.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga, aby produkt spełniał powyższe wymagania dla testów typu 6 wg normy PN-EN ISO 11140-1, pod względem tolerancji na czas (6%), temperatury (10°C), oznaczenia normy oraz klasy testu na teście lub opakowaniu zbiorczym i na potwierdzenie wymagań do pakietów oczekuje od Wykonawcy złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia.

**Pytanie 2:**

Pytanie 2 – do formularza cenowego – załącznik nr 2 (Pakiet 3, poz. 6)

Czy Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wymaga by substancja wskaźnikowa testu była nałożona na wskaźnik w sposób warstwowy oraz nierównomierny, imitując tym samym realne zabrudzenia znajdujące się na narzędziach procesowanych w myjni-dezynfektorze.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie z uwagi na pytania do zapytania ofertowego do ogłoszenia przedłuża termin składania ofert do dnia **30.09.2019 r. do godz. 13.00.**

Dyrektor

dr n. med. Andrzej Kowalski

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie  
Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

Tel.: +48 44 63 58 200

E-mail: szpital@szpital-belchatow.pl

Nr konta: 61 1440 1257 0000 0000 0192 0529

NIP: 7691787666

Fax: +48 44 63 21 628

Url: www.szpital-belchatow.pl

Regon: 000306503