



Bełchatów, dnia 14.10.2019 r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

GZP/0707/598/2019

Dot.: zapytania ofertowego na dostawę akcesoriów jednorazowego użytku do urządzeń endoskopowych dla potrzeb ZDiE (znak sprawy: GZP/390/113/2019)

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie przekazuje treść pytań do zapytania ofertowego wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1:

Pozycja 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie papilotomów o długości 195 cm, średnica końcówki 4,6 Fr.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie 2:

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z protezami o długości 5, 7, 9, 12 i 15 cm, na przewodnik o długości 450 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie 3:

Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie papilotom o średnicy cewnika 6Fr, średnica końcówki 4,8 Fr, długość robocza 195 cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pytanie 4:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1, w miejsce pierwotnych parametrów, trójkanałowych papilotomów igłowych z zagięciem „PreCurve” ułatwiającym ustawienie końcówki. Temperowany koniec dystalny 7-5 Fr. Oddzielny kanał do przewodnicy 0,035" umożliwi przepłukiwanie niezależne od podawania kontrastu, co pozwala na łatwe wprowadzanie przewodnicy. Długość cewnika 200 cm, końcówka stożkowa. Długość wysuniętej igły 4mm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie
Czapliniecka 123, 97-400 Bełchatów

Nr konta: 61 1440 1257 0000 0000 0192 0529

Tel.: +48 44 63 58 200

E-mail: szpital@szpital-belchatow.pl

NIP: 7691787666

Fax: +48 44 63 21 628

Url: www.szpital-belchatow.pl

Regon: 000306503

Pytanie 5:

Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 2**, w miejsce pierwotnych parametrów, wielostopniowych cieniodajnych balonów stosowany do endoskopowego usuwania złożeń żółciowych. Trzy osobne kanały pozwalają na podanie środka kontrastowego bez utrudniania poruszania przewodnikiem. Średnica cewnika 7-5 Fr. Długość cewnika 200 cm. Średnica balonu: 8,5-12-15 mm. Port iniekcyjny powyżej lub poniżej balonu, do wyboru przez zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 3**, w miejsce pierwotnych parametrów wysokociśnieniowego, balonów do poszerzania dróg żółciowych, długość balonu 3 cm, średnica balonu 4, 6, 8 i 10 mm do wyboru przez zamawiającego. Współpracuje z przewodnikiem 0,35".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

Prosimy o dopuszczenie w **pozycji 4**, w miejsce pierwotnych parametrów, jednostopniowych systemów wprowadzający Oasis® z załadowanym stentem Cotton-Leung® do dróg żółciowych przeznaczonych do endoskopowej implantacji stentu w drogach żółciowych, w celu drenowania zablokowanych przewodów żółciowych. Rękaw umiejscawiający dołączony do zestawu stosuje się w celu złożenia języczków na stencie na obu jego końcach, aby ułatwić wprowadzenie stentu do kanału endoskopowego. Zestaw zawiera: zestaw wprowadzający z czterema cieniodajnymi opaskami co 5 cm z załadowanym stentem Cotto-Leung, cewnik popychający o dł. 170 cm, cewnik nakierowujący o dł. 205 cm. Długości protez: 5, 7, 9, 12 i 15 cm. Średnice protez 7, 8.5 i 10 Fr. Zestaw współpracuje z przewodnikami o średnicy 0,35".

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Dyrektor
dr n. med. Andrzej Kowalski