



Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika

ul. Rakowska 15 • 97 – 300 Piotrków Trybunalski

tel. +48 44 648 03 00 • fax. +48 44 648 03 02

NIP 771 – 22 – 95 – 780 • REGON 000636940



Piotrków Trybunalski, 05.02.2018r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

SSW.XI/270/8-4/18

Dotyczy: **przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostarczenie stymulatorów serca, defibrylatorów, elektrod i akcesoriów. Znak sprawy: 8/ZPN/18.**

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej treści:

Zapytania 1

Pytanie dot. pakietu 3

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o dostarczonej energii defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii i każdej kolejnej nie mniejszej niż 35 J?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ urządzenie o dostarczonej energii defibrylacji min. 35[J] od pierwszej terapii, nie dopuszcza energii min. 35[J] każdej kolejnej.

Pytanie dot. pakietu 4

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o dostarczonej energii defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii i każdej kolejnej nie mniejszej niż 35J?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ urządzenie o dostarczonej energii defibrylacji nie mniejszej niż 35[J] od pierwszej terapii, nie dopuszcza energii min. 35[J] każdej kolejnej.

Pytania dot. pakietu 5

1. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie o dostarczonej energii defibrylacji min. 35 [J] od pierwszej terapii i każdej kolejnej nie mniejszej niż 35J?

Odp. Zamawiający dopuszcza zgodnie z SIWZ urządzenie o dostarczonej energii defibrylacji nie mniejszej niż 35[J] od pierwszej terapii. Zamawiający dopuszcza energię min. 37[J] od kolejnej terapii.

2. Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie z rejestracją migotania przedsionków bez trybu VDD i VDIR, przy wykorzystaniu zwykłej elektrody defibrylującej?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytania 2

Dotyczy Pakietu Nr 3:

1. Prosimy o dopuszczenie urządzeń z sygnalizacją wibracjami, korzystniejszą w przypadku pacjentów z zaburzeniami słuchu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie urządzeń bez automatycznego wyboru ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej, ale posiadających funkcję Readaptive (Ponowne dostosowanie) dostosowującą każdą kolejną terapię ATP w oparciu o średnią wartość odstępu tachyarytmii mierzoną przy każdym kolejnym rozpoznaniu epizodu VT.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu Nr 4:

1. Prosimy o dopuszczenie urządzeń z sygnalizacją wibracjami, korzystniejszą w przypadku pacjentów z zaburzeniami słuchu.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy o dopuszczenie urządzeń bez automatycznego wyboru ostatniej skutecznej terapii antyarytmicznej, ale posiadających funkcję Readaptive (Ponowne dostosowanie) dostosowującą każdą kolejną terapię ATP w oparciu o średnią wartość odstępu tachyarytmii mierzoną przy każdym kolejnym rozpoznaniu epizodu VT.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zapytania 3

Pakiet 5 punkt 3

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o dostarczona energia defibrylacji 37 [J] od pierwszej i kolejnych terapii?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5 punkt 8

Czy Zamawiający wymaga elektrod defibrylujących bipolarnych umożliwiających wykonanie badania MRI oraz posiadających 2 dipole do odczytywania zapisów wewnątrzsercowych z oddzielnego kanału przedsionkowego?

Odp. Zamawiający wymaga.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ustalił nowe terminy dla następujących czynności:

- składanie ofert: 08.02.2018r. godz. 09:45

- otwarcie ofert: 08.02.2018r. godz. 10:00.

Powyższe należy uwzględnić przy składaniu oferty.

DYREKTOR

Marek Komieczko
lek. Marek Komieczko

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Lasota

Inspektor ds. zamówień publicznych

Dział Administracyjno-Organizacyjny

tel. 44 648 03 04; fax. 44 648 03 21

klasota@szpital-piotrkow.pl

1. Adresat

2. a/a