



Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika ^Q

ul. Rakowska 15 • 97 – 300 Piotrków Trybunalski

tel. +48 44 648 03 00 • fax. +48 44 648 03 02

NIP 771 – 22 – 95 – 780 • REGON 000636940



Piotrków Trybunalski, 17.04.2019r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

SSW.XI/270/18-4/19

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostarczenie stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów, elektrod i akcesoriów. Znak sprawy: 18/ZPN/19.

Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że do postępowania wpłynęły zapytania następującej treści:

Zapytania 1

Jakie Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy wg zał. Nr 7 do SIWZ, które wg § 8 wzoru umowy wymagają pod rygorem nieważności, formy pisemnej w postaci aneksu?

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujący katalog zmian do umowy?

Zamawiający dopuści możliwość wprowadzenia zmian do umowy:

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy. Dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach, innej nazwie, innym numerze katalogowym, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

- w przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,

- w przypadku zmiany numeru katalogowego produktu,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

- w zakresie przedmiotowym (produkt zamienny).

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na następujące zmiany umowy:

- w przypadku zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem umowy. Dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych bądź lepszych parametrach, innej nazwie, innym numerze katalogowym, po cenie jednostkowej zaoferowanej w ofercie;

- w przypadku wystąpienia przejściowego braku produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową i zaakceptowanego przez Zamawiającego,

- w przypadku zmiany numeru katalogowego produktu,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów.

Zmodyfikowany wzór umowy Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.

Zapytania 2

Załącznik nr 2 do SIWZ – pytanie do pak. 14:

Dotyczy lp. 12

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do zatoki wieńcowej o dwóch różnych krzywiznach, w zestawie z zastawkami, przewodnikiem, nożem i rozszerzaczem.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Zapytania 3

Dotyczy Pakietu Nr 8:

Prosimy o dopuszczenie elektrod DF4 o aktywnej fiksacji umożliwiających wykonanie badania MRI.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu Nr 12:

Prosimy o dopuszczenie elektrod DF4 o aktywnej fiksacji umożliwiających wykonanie badania MRI.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Dotyczy Pakietu Nr 16:

Prosimy o dopuszczenie elektrod DF4 o aktywnej fiksacji umożliwiających wykonanie badania MRI.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Lasota

Specjalista ds. zamówień publicznych

Dział Administracyjno-Organizacyjny

tel. 44 648 03 04; fax. 44 648 03 21

klasota@szpital-piotrkow.pl

Otrzymują:

1. adresat

2. a/a

Z-ca DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
mgr Małgorzata Nurkowska