

1. Prosimy o sprecyzowanie informacji dotyczących asortymentu „Zasłony do parawanów podwieszanych – wykonane z materiału o podwyższonej odporności na zabrudzenie i rozdarcie.”
 - a. Ilość w szt.
 - b. Wymiary wyrobu: długość, szerokość
 - c. Sposób mocowania zasłony do konstrukcji nośnej podwieszanej do sufitu oraz sposób przesuwania zasłony z mocowaniami
 - d. Czy Zamawiający posiada aktualnie na wyposażeniu konstrukcję nośną do zawieszenia zasłon i czy w przypadku nieposiadania takiej konstrukcji wymaga uwzględnienia tego w ofercie?

1. Dotyczy przedmiotu zamówienia: MEBLE W TECHNOLOGII Z PŁYTY MEBLOWEJ LAMINOWANEJ, pozycja 1.1
Czy Zamawiający dopuści meble na nóżkach wysokości 100 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) lub na cokole 100mm (za cokołem nóżki do regulacji wysokości)?

Są to rozwiązania równoważne, niewpływające na funkcjonalność szaf, pozwalające na wybór rozwiązania przez Zamawiającego przed rozpoczęciem etapu realizacji.

2. Dotyczy przedmiotu zamówienia: MEBLE W TECHNOLOGII Z PŁYTY MEBLOWEJ LAMINOWANEJ, pozycja 2.1
Czy Zamawiający dopuści kolorystykę płyt meblowych wg wzornika płyt SWISS Krono, Kronospan i Kronopol – do wyboru, zapewniającą indywidualny dobór, zapewniającą harmonię mebli z kolorystyką wnętrza i innymi meblami, będącymi obecnie na wyposażeniu Zamawiającego (kolor i faktura do uzgodnienia z Zamawiającym po wyborze Wykonawcy)?

Paleta RAL, choć dotyczy bardziej metalowych powierzchni lakierowanych, daje jednak możliwość wykorzystania głównie płyt meblowych jednolitych kolorystycznie, nie pozwalając na wybór spośród płyt laminowanych o strukturze drewna, gdzie zapis o takim rozwiązaniu pojawia się w pozycji 1.3 Specyfikacji.

3. Dotyczy przedmiotu zamówienia: Szafka przyłóżkowa.

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową na 4 kółkach skrętnych $\varnothing 50\text{mm}$ (w tym 2 z blokadą), szafkę o wymiarach (szer. x gł. x wys.): $500 \times 400 \times 860\text{mm}$, wykonaną w całości z blach ocynkowanych, malowaną proszkowo w wybranym kolorze zgodnie ze wzornikiem RAL, otwieraną obustronnie. Błat roboczy wykonany z wytrzymałego i odpornego na mycie oraz dezynfekcję tworzywa typu Unilam. Dodatkowy blat boczny z możliwością regulacji wysokości do 350mm oraz kąta obrotu, składany do blatu szafki. W części górnej dwustronnie wysuwana szuflada z tworzywowym, wyjmowanym wkładem. Pod szufladą otwarta przestrzeń, w dolnej części szafka, dwustronnie zamykana z uchylnymi drzwiami, z wysokością pozwalająca na przechowywanie butelki PET. Dwie półki z boku szafki.

4. Dotyczy przedmiotu zamówienia: Leżanka lekarska.

Czy Zamawiający dopuści leżankę lekarską (inne nazwy handlowe: kozetka, stacjonarny stół rehabilitacyjny) o parametrach:

- stała wysokość leża 550mm lub 750mm (do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji, bez wpływu na cenę),
- długość leża 1850mm lub 1950mm do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji, bez wpływu na cenę),
- szerokość leża 550mm lub 750mm (do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji, bez wpływu na cenę),
- wykręcana stopka w jednej z nóg kozetki pozwala na poziomowanie jej na nierównej powierzchni,
- dopuszczalne obciążenie 200kg,
- konstrukcja ramy ze stali malowanej proszkowo, kolor ramy biały,
- leże dwuczęściowe, regulacja segmentu ruchomego (zagłówka) od -60° do $+45^\circ$,
- tapicerka medyczna na kozetki, fotele dentystyczne, stoły do masażu – bezftalanowa, zgodna z wymaganiami Öko-Tex Standard 100 oraz z obowiązującymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwników azowych i normą EN 71-3.
- grubość materaca min. 50mm.