

Dotyczy: SZP. 215- 35/17
Dostawa narzędzi chirurgicznych

Pakiet nr 4

Poz. 1.) Czy Zamawiający dopuści:

Młotek typu HEATH, dł. 255 mm, śr. 40 mm, waga 800 g.

zamiast

Młotek typu HEATH, dł. 265 mm, śr. 40 mm, waga 850 g?

Poz. 3.) Czy Zamawiający dopuści:

Pinceta anatomiczna typu STANDARD, dł. 180 mm, czubek 3,5 mm, prosta,

zamiast

Pinceta anatomiczna typu STANDARD, dł. 180 mm, czubek 3,2 mm, prosta?