

ZAPYTANIA

Pakiet nr 9

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 miał na myśli i wymaga zamkniętego systemu do odsysania dla rurek intubacyjnych w rozmiarach CH12/14/16/18 oraz rurek tracheostomijnych CH12/14/16 z możliwością stosowania przez min. 72h (dla rozmiaru CH18 min. 48h)?
2. Czy Zamawiający w pozycji 1 miał na myśli i wymaga systemu zamkniętego do odsysania dostępnego w długościach 54 cm, 60 cm dla rurek intubacyjnych oraz 34 cm dla rurek tracheostomijnych?
3. Czy Zamawiający w pozycji nr 2 miał na myśli i wymaga sterylnych drenów do zamkniętych systemów do odsysania, w skład którego wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką umożliwiającą regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania min. 72 godz.
4. Czy Zamawiający w poz. 2 wymaga potwierdzenia od Producenta o możliwości stosowania drenów przez min. 72h?

Pakiet nr 27

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści maski anestetyczne w rozmiarach: 3, 4, 5?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu, np. 27A, co pozwoli Nam na złożenie ważnej oferty, a Zamawiającemu na uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty cenowej poprzez dopuszczenie większej ilości Wykonawców