

**dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi do badań laboratoryjnych wraz z wyposażeniem, sprawa SZP.215-26/17**

Zgodnie z prawem przysługującym nam z art. 38 Ustawy Prawo zamówień publicznych, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Dot. projekt umowy § 4 dostawy pkt. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację zapisu poprzez dopisanie: koszt zamówienie powyżej 200,00 zł netto. Wnosimy o taki zapis ze względu na zapis umowy § 5 kary umowne pkt. 1.

2. Dot. projekt umowy § 4 dot. pakietu 1

W pkt. 5 dotyczącym serwisu urządzenia – aparatu do OB. Zamawiający zapisał, że serwis obejmuje pełny koszt napraw i części zamiennych. Koszty napraw powinny obejmować tylko koszty związane z samym urządzeniem. W związku z tym prosimy o rozszerzenie i wyłączenie napraw związanych z nieprawidłowym korzystaniem oraz uszkodzeniami dokonanymi przez użytkownika.

3. Dot. załącznika nr 2 poz. 11

Czy w tej pozycji Zamawiający oczekuje próbek do badań gazometrycznych sterylnych, pakowanych pojedynczo?