

## **Dotyczy: przetargu nieograniczonego – dostawę materiałów do sterylizacji, znak: SZP.215-13/16**

### **Pytania dotyczące umowy**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymaganego terminu płatności z 60 na 30 dni od daty dostarczenia faktury wraz z towarem?
2. Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 1 wysokość kary wynosiła 2% wartości niezrealizowanej pozycji zamówienia, jednak nie mniej niż 50 zł. Od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia?
3. Czy Zamawiający zgodzi się, aby w § 5 ust. 2 wysokość kary umownej naliczona była od wartości niezrealizowanej umowy?
4. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 6 ust. 5 na „Wykonawca nie jest uprawniony do przelewania praw z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego?”.

### **Dotyczy Parametry Techniczne - Pakiet nr 1 – Torby papierowo – foliowe**

1. Poz. 7 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek papierowo – foliowych o rozmiarze 120 x 400 mm?
2. Poz. 10 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie torebek papierowo – foliowych o rozmiarze 210 x 420 mm?

### **Dotyczy Parametry Techniczne - Pakiet nr 1 – Rękawy foliowo-papierowo płaskie**

3. Poz. 19 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawów papierowo – foliowych o rozmiarze 300 mm x 200m, z jednoczesnym przeliczeniem ilości?
4. Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.
5. Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?
6. Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga rękawów papierowo – foliowych o gramaturze papieru 70g/m<sup>2</sup> i folii minimum 6 – warstwowej?
7. Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną znajdującą się między rękawem a folią zabezpieczającą, zawierającą informacje na temat daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu. Etykieta ta umożliwi archiwizację i identyfikację materiałów opakowaniowych.

### **Dotyczy Parametry Techniczne - Pakiet nr 3 – Testy kontrolne do sterylizacji parą wodną**

8. Poz. 1 - Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?
9. Poz. 2 - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wskaźników chemicznych wieloparametrowych kl. IV nielaminowanych. Testy nielaminowane spełniają te same

funkcje i posiadają takie same właściwości jak testy laminowane. Fakt laminowania testów nie ma wpływu na proces kontroli parametrów sterylizacji.

10. Poz. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wskaźników chemicznych wieloparametrowych kl. IV pakowanych po 250/500 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?
11. Poz. 2 – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga zaoferowania 40 000 podwójnych wskaźników czyli 80 000 testów czy 80 000 podwójnych wskaźników czyli 160 000 testów?
12. Poz. 6 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadruku na teście barwy referencyjnej jeśli Wykonawca dostarczy kartę charakterystyki z oznaczonymi kolorami referencyjnymi?

**Dotyczy Parametry Techniczne - Pakiet nr 5**

13. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie etykiet ze wskaźnikiem przebarwiającego się z koloru różowego na brązowy, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.