

Znak sprawy: SZP.215 – 13/16

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

**Pakiet nr 5**

Czy w związku z posiadaną przez Szpital gwarancją na metkownice i możliwością jej utraty w przypadku pracy na niewłaściwych etykietach, Zamawiający wymaga oświadczenia producenta metkownic o kompatybilności z oferowanymi etykietami?

Znak sprawy: SZP.215 – 13/16 - Przetarg nieograniczony – dostawa materiałów do sterylizacji

Szanowni Państwo,

W załączeniu przesyłam pytania do w/w postępowania:

Pakiet 3 poz. 6 : Czy Zamawiający nie popełnił omyłki i nie miał na myśli oświadczenia niezależnej jednostki notyfikowanej potwierdzające zgodność normą ISO 11140-4 dla pozycji 5 ?

Dotyczy przetargu nieograniczonego znak: SZP.215-13/16  
[w związku z art. 38 ust. 1 Prawa ZP pismo niniejsze przesyłamy faksem i niezwłocznie wysyłamy pocztą]

Szanowni Państwo, prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści test Bowie Dicka posiadający nadruk do wpisania informacji ewidencyjnych pod arkuszem oraz zmieniający zabarwienie z jasno żółtego na czarny?
  2. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250/500sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
  3. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr 4: Czy Zamawiający dopuści test biologiczny posiadający na zewnątrz ampułki test chemiczny zmieniający barwę z żółtej na czarną.
  4. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści testy klasy 6 nieposiadające nadrukowanego koloru referencyjnego? Testy przebarwiają się w sposób jednoznaczny z żółtego na czarny o czym informacja w języku polskim znajduje się na karcie z testami.
  5. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści testy kompatybilne z przyrządem posiadającym kapsułę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz rurkę z wysokiej wytrzymałości plastiku o długości 1,5m i średnicy 2mm?
  6. Dotyczy Pakiet nr III, pozycja nr 6: Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 500 sztuk + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.
  7. Dotyczy Pakiet nr VI, pozycja nr 2: Czy Zamawiający dopuści inkubator 10 pozycyjny umożliwiający ustawienie dowolnej temperatury w zakresie od temperatury pokojowej do 100°C?
  8. Dotyczy Pakiet nr VI, pozycja nr 5: Czy Zamawiający dopuści pistolet ciśnieniowy z wężem zbrojonym?
  9. Dotyczy § 5, ust.1: Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: W przypadku niedotrzymania terminu dostawy lub nierozpatrzenia reklamacji, Zamawiający będzie miał prawo żądać kary umownej w wysokości 1% wartości dostawy.
  10. Dotyczy § 5, ust.2: Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu na: W przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania postanowień niniejszej umowy z przyczyn leżących po jego stronie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy.
-