

**WNIOSEK**  
o wyjaśnienie zapisów SIWZ

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury medycznej, Znak: SZP.215 - 41/16**

Firma „MEDIM” Sp. z o.o. zwraca się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów w SIWZ (Pakiet 2, Ureterorenoskop – 1 szt.)

1. Czy zamawiający dopuści równorzędny URS o parametrach:

Ureterorenoskop przeznaczony do diagnostyki moczowodu oraz leczenia kamicy moczowodowej

Koniec dystalny atrumatyczny o rozmiarze 8 Fr.

Rozmiar płaszcz ureteroskopu w zakresie od 9,5 Fr. do 13,5 Fr. z jednym stopniem stożkowym

Długość 43 cm

Kanał instrumentowy osiowy o rozmiarze 6 Fr.

Kąt patrzenia 6°

Autoklawowalny

Okular sztywny, osadzony pod kątem do płaszcz ureterorenoskopu

2 boczne przyłącza do odsysania i płukania osadzone pod kątem 90° do osi ureterorenoskopu, jedno z przyłączy wyposażone w zawór do precyzyjnej regulacji przepływu

Wejście kanału instrumentowego ureterorenoskopu wyposażone w zdejmowany port do wprowadzania instrumentów mechanicznych, cewników, drutów prowadzących, sond litotryptora oraz włókien laserowych

Wejście portu wyposażone w uszczelkę o konstrukcji zapobiegającej wyciekaniu płynu zarówno, gdy instrument znajduje się w kanale lub jest wyjęty?