

**dot. postępowania przetargowego pn.: „Dostawa bielizny operacyjnej”
Sprawa: SZP.215-36/16**

. jako uczestnik przetargu nieograniczonego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Pakiet Nr 7 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne spełniające wszystkie parametry SIWZ **pakowany w opakowanie papierowo foliowe**. Wymagane w SIWZ **opakowanie typu folia-folia** fartucha uniemożliwia złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie i wskazuje na jedną firmę która taki sposób opakowania fartucha posiada. . Dopuszczenie opakowania innego typu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych?

Pakiet 8 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści prześcieradło zgodne z SIWZ jałowe ?

Pakiet 12 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści **zestaw serwet uniwersalnych** spełniający wszystkie parametry SIWZ w składzie:

- Serweta na ekran anestezyjologiczny 150 x 240 cm z taśmą przylepną
- Serweta dolna 150cm x 180cm cm z taśmą przylepną
- 2 serwety boczne o wymiarach 75 x 90 cm z taśmą przylepną
- pokrowiec na stolik Mayo 80 x 140cm
- Ściereczki chłonne - 30x30cm2 sztuki
- Serweta na stolik do instrumentowania / jako owinięcie zestawu / 150cm x 190cm

Pytania dotyczące przetargu

NA DOSTAWĘ

bielizny operacyjnej SZP.215- 36/16

Pakiet 12

Zestaw uniwersalny

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego zawierającego ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm – 4 szt., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na walory użytkowe fartuchów oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala.

Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy bielizny operacyjnej

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 2

Pozycja nr 14,15 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwet wykonanych z dwuwarstwowego laminatu PP+PE, bez wiskozy – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?


Pakiet nr 3

Pozycja nr 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety głównej bez wzmocnienia – pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ?

Pozycja nr 2,3,7,9,12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawów obłożeniowych z ręcznikami w rozmiarze min. 30 x 33 cm?

Pakiet nr 12

Pozycja nr 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego spełniającego wszystkie parametry techniczne, o następującym składzie i rozmiarach :



**Zestaw pediatryczny
(cięższy przylepiec dla ochrony skóry)**

Skład zestawu:

1 serweta na stół narzędziowy wzmocniona	140 x 190
1 serweta na stół Mayo wzmocniona	80 x 145
1 samoprzylepna serweta operacyjna	200 x 175
1 samoprzylepna serweta operacyjna	150 x 240
2 samoprzylepne serwety operacyjne	75 x 90
1 taśma samoprzylepna	10 x 50
4 ręczniki celulozowe	30 x 33

Pakiet nr 13

Pozycja nr 1 – Czy można zaoferować fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS?

Reszta parametrów bez zmian.

Projekt umowy §5 ust. 1

Prosi o wykreślenie następującego zapisu: jednak nie mniej niż 200,00 zł od każdej niezrealizowanej pozycji zamówienia.

Projekt umowy §5 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o obniżenie wysokości kar umownych do wysokości 0,5%?

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Pakiet nr 13

Pozycje nr 1 – Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia próbek po 10 szt., każdego rozmiaru czy 10 szt. łącznie z każdego rozmiaru?

Dotyczy: Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej – znał SZP.215-36/16

działając jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w oparciu o następujące pytania:

Pakiet 2, pozycje 8-9. Czy Zamawiający oczekuje maski klasy IIR, zgodne z normą EN14683, która gwarantuje skuteczną ochronę dla personelu i określa standardy dla masek chirurgicznych oceniając m.in. skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%)?

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej.
SZP.215-36/16

Działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759, ze zm., dalej PZP) wnosimy o wyjaśnienie treści SIWZ

Pakiet 12 poz.1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczanie zestawu wykonanego z chłonnego laminatu dwuwarstwowego: polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², odporność na przeniknięcie cieczy – min. 200 cm H₂O, Siła wypychania na sucho -180kPA na mokro 170kPA. Zestaw o następującym składzie:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm
- 1 serweta przylepna 150x240cm
- 1 serweta przylepna 170x175cm
- 2 serwety przylepne 75x90cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Produkt sterylizowany zgodnie z normami wymaganymi prawem.

Pakiet 13 poz.1

wykonanego z
informację
zgodnie z

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie fartucha włókniny polipropylenowej SMMMS, fartuch posiada metkę zawierającą z rozmiarem. Pakowany z dwoma wiskozowymi ręcznikami. Pozostałe opisem.

Dotyczy: przetargu na dostawę bielizny operacyjnej
Sprawa: SZP.215-36/16

Pytania do SIWZ:**Pakiet 12 poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm; warstwa chłonna 75x190cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm; warstwa chłonna 60x100 cm
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 150cm; warstwa chłonna 180x150 cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm warstwa chłonna 150x240 cm
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 90cm; warstwa chłonna 75x90 cm (przylepiec na dłuższym boku o szerokości 6cm)
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 2 ręczniki 40 x 40

O wytrzymałości na wypychanie na sucho (wytrzymałość na rozerwanie na sucho > 80kPa). Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pakiet 12 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu o składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 200cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm
- 2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm
- 2 włókninowe OP taśmy 10 x 50
- 4 ręczniki 40 x 40

O wytrzymałości na wypychanie na sucho (wytrzymałość na rozerwanie na sucho > 80kPa). Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Korzystając z uprawnień wynikających z art. 38 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o wyjaśnienie kwestii dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania w trybie **przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej. Znak SZP.215- 36/16**

1. Dotyczy: Pakiet 4 poz 2

Prosimy o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego w rozmiarach : L, LL, XL przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

2. Dotyczy: Pakiet 5 poz 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego, w którym wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro wynosi 175/110 kPa. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

3. Dotyczy: Pakiet 6 poz 3

Prosimy o dopuszczenie kompletu pościeli w których kołdra i prześcieradło mają rozmiar 160x210cm, pozostałe zgodnie z SIWZ. Pragniemy podkreślić, iż komplety takie były już dostarczane do Państwa jednostki i nie wnoszono do nich żadnych zastrzeżeń.

4. Dotyczy: Pakiet 6 poz 13

Prosimy o dopuszczenie zestawu otolaryngologicznego, w którym wytrzymałość na rozerwanie sucho/mokro wynosi 78/50 kPa. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

5. Dotyczy: Pakiet 7 poz 1

Prosimy o dopuszczenie fartuchów z oznaczeniami rozmiarów M, L, LL, XL, XLL, XXL-L, XXL-XL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio od M, L, LL, XL, XXL, XXXL, XXXXL. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

6. Dotyczy: Pakiet 7 poz 2

Prosimy o dopuszczenie ubrań operacyjnych w rozmiarach S, M, L, XL, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ. Pragniemy podkreślić, iż ubrania były już dostarczane do Państwa jednostki i nie wnoszono do nich żadnych zastrzeżeń.

7. Dotyczy: Pakiet 11 poz 1

Prosimy o dopuszczenie fartuchów, w których oznaczenie rozmiaru jest w postaci nadruku umieszczonego na fartuchu, pozwalającą na łatwą i szybką identyfikację przed rozłożeniem, a rozmiar XXL ma oznaczenie XLL.

8. Dotyczy: Pakiet 11 poz 2

Prosimy o dopuszczenie ubrań, w których spodnie i bluzy pakowane są osobno co daje swobodę indywidualnego dobrania rozmiaru, wykonanych z polipropylenowej włókniny typu SMS 35g/m², dekol w kształcie litery U, dostępne rozmiary: S, M, L, XL, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

9. Dotyczy: Pakiet 13 poz 1

Prosimy o dopuszczenie fartuchów z oznaczeniami rozmiarów L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio od M, L, XL, XXL. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny operacyjnej Znak sprawy: SZP.215 –36/16

Na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku prosimy o wyjaśnienie dotyczące treści SIWZ.

Pytanie 1

Pakiet nr 11 poz. 6:

Czy można zaoferować zestaw z serwetą na stolik instrumentariuszki, której gramatura w polu krytycznym wynosi 76,0g/m², z serwetą główną 225cm x 260cm posiadającą łąkę chłonną o całkowitej gramaturze laminatu podstawowego i łąki chłonnej wynoszącej 109,5g/m² oraz z fartuchami w rozmiarach XL – 1 szt. I XXL – 1 szt.? Pozostałe parametry zgodne z wymogami s.i.w.z.

Pytanie 2

Pakiet nr 11 poz. 6:

Czy opisując serwetę w rozmiarach 150cm x 240cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego Zamawiający miał na myśli laminat wykonany z włókniny polipropylenowej oraz warstwy polietylenowej?

Pytanie 3

Pakiet nr 11 poz. 6:

Czy złożona próbka zestawu do operacji żyłaków może być niesterylna?

Pytanie 4

Pakiet nr 11 poz. 1, Pakiet nr 13 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie próbek po 10 sztuk pakowanych pojedynczo fartuchów do każdego z pakietów? Oferowane przez nas fartuchy są pakowane w opakowania handlowe o wielkości 52, 48 i 44 sztuki w zależności od rozmiaru i złożenie próbek po 1 opakowaniu handlowym do każdego z pakietów w znaczący sposób zwiększy koszty złożonej oferty.

Pytanie 5

Pakiet nr 12 poz. 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnego wykonanego z pełnobarierowego 2-warstwowego laminatu (polipropylen / polietylen) o gramaturze 48/m², odporność na przenikanie cieczy na całej powierzchni serwety 80 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) 380 kPa, o następującym składzie i rozmiarach:

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm

1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)

2 x serwety operacyjne 75x90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety

1 x serweta operacyjna 175x170 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną

1 x serweta operacyjna 140x240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną

2 x ręczniki 30x20 cm

1 taśma samoprzylepna 9x25cm

Lub alternatywnie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu serwet uniwersalnych wykonanego z pełnobarierowej włókniny o gramaturze 57,5g/m², odporność na penetrację płynów 125cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie na sucho (strefa krytyczna) 249 kPa, o następującym składzie i rozmiarach:

1 x serweta na stół Mayo 80 x 145 cm
1 x serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm (owinięcie zestawu)
2 x serwety operacyjne 75x90 cm wyposażone w taśmę samoprzylepną na dłuższym boku serwety
1 x serweta operacyjna 175x180 cm wyposażona w taśmę samoprzylepną
1 x serweta operacyjna 150x240 cm, wyposażona w taśmę samoprzylepną
2 x ręczniki 30x40 cm
Zestaw spełnia wszystkie pozostałe wymagania s.i.w.z.

Pytanie 6

Pakiet nr 13 poz. 1:

Czy można zaoferować fartuch wykonany z włókniyny SMMS (co oznacza włókninę SMS ze wzmocnioną warstwą wewnętrzną) z indywidualnym oznakowaniem rozmiaru w postaci czytelnej naklejki umieszczonej na fartuchu w rozmiarach M-L, XL i XXL? Pozostałe parametry zgodne ze s.i.w.z.