

**dot. postępowania przetargowego pn.: „Dostawa bielizny operacyjnej”
Sprawa: SZP.215-36/16**

. jako uczestnik przetargu nieograniczonego zwraca się z następującymi zapytaniami:

Pakiet Nr 7 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści fartuchy chirurgiczne spełniające wszystkie parametry SIWZ **pakowany w opakowanie papierowo foliowe**. Wymagane w SIWZ **opakowanie typu folia-folia** fartucha uniemożliwia złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie i wskazuje na jedną firmę która taki sposób opakowania fartucha posiada. . Dopuszczenie opakowania innego typu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych?

Pakiet 8 pozycja 2

Czy zamawiający dopuści prześcieradło zgodne z SIWZ jałowe ?

Pakiet 12 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści **zestaw serwet uniwersalnych** spełniający wszystkie parametry SIWZ w składzie:

- Serweta na ekran anestezyjologiczny 150 x 240 cm z taśmą przylepną
- Serweta dolna 150cm x 180cm cm z taśmą przylepną
- 2 serwety boczne o wymiarach 75 x 90 cm z taśmą przylepną
- pokrowiec na stolik Mayo 80 x 140cm
- Ściereczki chłonne - 30x30cm2 sztuki
- Serweta na stolik do instrumentowania / jako owinięcie zestawu / 150cm x 190cm

Pytania dotyczące przetargu

NA DOSTAWĘ

bielizny operacyjnej SZP.215- 36/16

Pakiet 12

Zestaw uniwersalny

Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego zawierającego ręczniki w rozmiarze 30 x 40 cm – 4 szt., spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Proponowana przez nas zmiana parametrów nie wpłynie z całą pewnością na walory użytkowe fartuchów oraz poziom bezpieczeństwa personelu i pacjenta a umożliwi złożenie oferty większej liczbie oferentów co wpłynie korzystnie na sytuację finansową szpitala.

Oferowane przez nas fartuchy spełniają wszystkie wymagania normy PN-EN 13795 1-3, dotyczącej obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych stosowanych jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia.