

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę asortymentu do diagnostyki laboratoryjnej.
Nr sprawy: SZP.215 - 42/16

W nawiązaniu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w oparciu o art. 38 ust.1 Ustawy – Prawo Zamówień z dnia 29 stycznia 2004 r. zwracamy się do Państwa z następującym zapytaniem :

1. Czy Zamawiający w Pakiecie 5, poz. 12 dopuści eppendorfy bez zamknięcia typu Safe Lock, ale z mocnym i szczelnym zamknięciem, wykluczającym przypadkowe otwarcie? Proponujemy asortyment o numerze katalogowym BSA022, producent Biosigma, który aktualnie jest dostarczany do Zamawiającego.
2. Czy Zamawiający w Pakiecie 5, poz. 17 wymaga kamer z PMMA typu Fast Read 102 z akrylu z pojedynczą regularną siateczką i poj. celki 7ul, do analizy 10 różnych próbek moczu (10 oznaczeń), o wymiarach kamery 83 x 39mm?