

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę 2 szt. Aparatów RTG.  
Numer sprawy: SZP.215 - 20/18

Po przeprowadzonej analizie SIWZ w przedmiotowym postępowaniu stwierdza się, że Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w sposób wskazujący na jednego, konkretnego wytwórcę.

W załączniku nr 2, **CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Zestawienie parametrów technicznych, 2. Cyfrowy aparat RTG typu telekomando do fluoroskopii i radiografii z wyposażeniem – 1 szt.** Zamawiający określił parametry graniczne w sposób charakterystyczny wyłącznie dla jednego rozwiązania tj. aparat model **STEPHANIX D2RS z detektorami firmy Canon**

Przykłady zapisów ograniczających możliwość zaferowania rozwiązań konkurencyjnych do opisanego powyżej:

**Pozycja nr IV. 1** „Detektor na kablu, łatwo wyjmowany celem wykonania zdjęcia pacjentowi np. na wózku inwalidzkim lub łóżku szpitalnym”.

**Pozycja nr III. 12** „Automatyczny, zmotoryzowany obrót detektora w ścianie  $\geq 90^\circ$  w zależności od programu anatomicznego”.

**Pozycja nr VII. 17** „Dodatkowy tablet medyczny zgłoszony jako wyrób medyczny w klasie IIa, wyświetlający obrazy w trybie DICOM min13" z rozdzielczością monitora 2Mp i 11 bitowa skala szarości i wadze max 1,5 kg.”

Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby oba zaofertowane przez potencjalnego Wykonawcę aparaty (kostno-płucny z zawieszeniem sufitowym oraz telekomando) wyprodukowane były przez jednego Wytwórcę. Poprzez ten wymóg oraz szereg innych wymogów technicznych, Zamawiający ograniczył konkurencję jedynie do jednego wytwórcy oraz jego produktów tj:

1. Cyfrowy aparat do zdjęć kostnych ze statywem do zdjęć płuc oraz zawieszeniem sufitowym:

**STEPHANIX XTREME DREAM z detektorami firmy Canon**

2. Cyfrowy aparat RTG typu telekomando do fluoroskopii i radiografii:

**STEPHANIX D2RS z detektorami firmy Canon**

W wyniku naruszenia przepisów ustawy wszyscy Wykonawcy oferujący rozwiązania konkurencyjne do opisanych powyżej zostali pozbawieni możliwości złożenia ważnej i konkurencyjnej oferty.

Wobec powyższych zarzutów wykonawca wnosi o dokonanie zmian w SIWZ – załącznik nr 2 w przedmiotowym postępowaniu.