



Sieradz, 2019-11-05

## WYJAŚNIENIA DO SIWZ

### SZP.215-37/19

Szpital Wojewódzki w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na Dostawę Defibrylatorów, respiratorów pneumatycznych i mikrotomu rotacyjnego udziela wyjaśnień;

#### 1.

**Dotyczy: Postępowania „Przetarg nieograniczony – dostawa Defibrylatorów, Respiratorów Pneumatycznych i Mikrotomu Rotacyjnego”**

Nr sprawy: SZP.215-37/19

Dotyczy: Defibrylator - 3 szt.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści na zasadach równoważności wysokiej klasy defibrylatory, cenionego europejskiego producenta o poniższych parametrach:

- zakres dostarczonej energii 2-200J
- zakres regulacji amplitudy impulsów stymulacyjnych 0-150 mA
- Ekran kolorowy, transfleksyjny TFT 8,4 zapewniający dobrą widoczność w dużym oświetleniu,
- możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń na karcie CF oraz wydruk tych informacji
- Teletransmisja diagnostycznych badań EKG i wyników pomiarów parametrów funkcji życiowych na zdefiniowane adresy e-mail bez konieczności stosowania, budowania stacji odbiorczych typu Lifenet w całej Polsce.

Przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

**Zamawiający nie dokonuje zmian w opisie przedmiotu zamówienia**

#### 2.

***Dotyczy: Postępowania na „Dostawa defibrylatorów, respiratorów pneumatycznych i mikrotomu rotacyjnego”.***

Działając w imieniu Wykonawcy, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej ustawą PZP, zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ, tj.:

**Pytanie nr 1**

Prosimy o modyfikację zapisów § 5 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Zamawiający nie dokonuje zmian w zapisach umowy**

**Pytanie nr 2**

Prosimy o potwierdzenie, że na ofertę składają się oświadczenie według załącznika nr 1, parametry wymagane według załącznika nr 2 i formularz oferty według załącznika nr 3.

**Zgodnie z zapisami w SIWZ.**

**Pytanie nr 3**

**Pakiet 3**

Czy w związku z opisanymi wymaganiami dotyczącymi mikrotomu Zamawiający oczekuje również aby przedmiotowe urządzenie było wyposażone w automatyczny system transportu skrawków parafinowych z miejsca skrawania do łaźni wodnej po torze wodnym? Pragniemy podkreślić, że taka kompleksowa konfiguracja mikrotomu zapewni bardziej efektywne wykorzystanie urządzenia, co będzie miało wpływ na jakość ciętego materiału.

**Zamawiający dopuszcza zaoferowany przedmiot zamówienia.**

**Pytanie nr 4**

**Pakiet 3, Poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie doszło do omyłki pisarskiej w zakresie trymowania: Jest od 100 do 200  $\mu\text{m}$  skok co 50  $\mu\text{m}$ , a powinno być od 100 do 200  $\mu\text{m}$  skok co 20  $\mu\text{m}$

Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany w opisie przedmiotu zamówienia - „powinno być od 100 do 200  $\mu\text{m}$  skok co 20  $\mu\text{m}$ ”

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 3, Poz. 17**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy na wyświetlaczu LCD umożliwiającym kontrolę wszystkich aktualnych parametrów i funkcji w „pkt.1 - cięcie” chodziło o szybkość cięcia?

**Zamawiający potwierdza, że w/w punkcie chodziło o szybkość cięcia.**

**Pytanie nr 6**

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostawy do końca roku, co jest podyktowane zbliżającym się końcem roku a tym samym zwiększonym obciążeniem linii produkcyjnych u producentów sprzętu specjalistycznego jakim są urządzenia precyzyjne takie jak mikrotomy.

**Zamawiający nie dokonuje zmian w terminie dostawy.**

**Wszystkie zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie  
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**

p.o. DYREKTORA  
Szpitala Wojewódzkiego  
Im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Sieradzu

Grzegorz Wardega