



Skierniewice, 15.01.2019r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (I) Odpowiedzi na zapytania

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 tys. euro na dostawę sprzętu medycznego do dializ jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ,znak sprawy: WSZ.DZP.261.1/1/2019

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do dializ jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach , znak sprawy: WSZ.DZP.261.1/1/2019 oraz zapytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego , działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z póź. zm. ) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przesłana Wykonawcom.

### **Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 2**

„Zgodnie z zapisami ustawy PZP, zwracamy się z wnioskiem o wyrażenie zgody na zaoferowanie zestawu równoważnego o minimalnych różnicach w centymetrach kilku składowych (pozycje z różnicami opisane – ilości zgodne z SIWZ) oraz z rękawicami nitrylowymi, mniej uczulającymi dla finalnego użytkownika aniżeli rękawice lateksowe.

#### Podłączanie:

Serweta nieprzylepna pełnobarierowa dwuwarstwowa 50x60cm

Opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 8 x 6 cm

Przylepice włókninowy 1,25 x 15,5 cm

#### Rozłączanie:

Samoprzylepny opatrunek włókninowy 5x 7 cm”.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zestawu równoważnego o wskazanych wyżej parametrach.

p.o. DYREKTORA  
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  
im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach  
**ZATWIERDZA:** \_\_\_\_\_  
*Małgorzata Majer*