



Skierniewice, 11.02.2019r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (V) Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 221 tys. euro na dostawę sprzętu medycznego do dializ jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach ,znak sprawy: WSZ.DZP.261.1/1/2019

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu medycznego do dializ jednorazowego użytku dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach , znak sprawy: WSZ.DZP.261.1/1/2019 oraz zapytaniem, które wpłynęło do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986) poniżej przedstawiam treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż niniejsza informacja została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przesłana Wykonawcom.

Pakiet 1

1. Zamawiający wymaga igieł do hemodializy sterylnych prosimy o potwierdzenie, że oczywiście igły do hemodializy sterylizowane promieniowaniem GAMMA.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis – igły sterylne, metoda sterylizowania promieniowaniem GAMMA jest zalecana.

2. Z uwagi na fakt, że Zamawiający wymaga igieł do hemodializ czy wymaga igieł z drenami bez DEHP. Dzięki temu, podczas infuzji nie następuje wyplukiwanie żadnych toksycznych związków i zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi.

Odp. Zamawiający dopuszcza igły z drenami z DEHP, ale nie wymaga.

3. Czy Zamawiający wymaga igieł pakowanych pojedynczo co zapewnia utrzymanie sterylności?

Odp. Zamawiający wymaga pakowania igieł pojedynczo.

Z upoważnienia
GŁÓWNY KSIĘGOWY

ZATWIERDZA Daniel Roman Aptapski